

ООО "Взлет-Кузбасс-Сервис"

654029, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, д. 57, тел. (3843) 72-36-51

e-mail: vzljot-kuzbass@mail.ru, www.vzljot-kuzbass.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.310145 действителен до 29-апреля 2018 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 024956

Действительно до 29.03.2021

Средство измерений Счетчик холодной и горячей воды, ВСКМ90-50,

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

№ в госреестре 32539-06

(если в состав средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков, то приводятся их перечень и заводские номера)

отсутствует

серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) 054051

поверено

в соответствии с описанием типа

наименование величин, диапазонов на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с ГОСТ 8.156-83

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Установка поверочная «Взлет ПУ № 40011»; Ручной пресс

наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер (при наличии))

CANDAN CM-60 №33

разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Атмосферное давление 99,6 кПа.

приводят перечень влияющих

Температура окружающего воздуха 24,4°С. Относительная влажность 45,4%.

факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

на основании результатов периодической поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки



Главный метролог

должность руководителя подразделения

[Handwritten signature]
подпись

В.В. Прудников

инициалы, фамилия

Поверитель

[Handwritten signature]
подпись

Д.В. Борисов

инициалы, фамилия

29.03.2017

Бланк № 024956